



Bekanntmachungsnummer im EU-Abl.

147663-2024

Krankenhaus St. Martini Krankenhaus Duderstadt

Maßnahme 1. Bauabschnitt Neukonzeption-Pflege u. Fachdisziplinen, Technikzentrale

Leistung Bauleistungen
Untersuchungsleuchten

VE: 03-02-1

Bieterfragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	14.03.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, die Leuchten, welche ich Ihnen gerne anbieten möchte haben keine Linsen, sondern Reflektoren verbaut. Dies bietet einige Vorteile. Ist dies ein Ausschlusskriterium? Bei Fragen erreichen Sie mich unter 0173 857 8545	Ein Angebot mit in den Leuchten verbauten Reflektoren stellt kein Ausschlusskriterium dar.
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	