

Bekanntmachungsnummer im EU-Abl.

147663-2024

Krankenhaus St. Martini Krankenhaus Duderstadt

Maßnahme 1. Bauabschnitt Neukonzeption-Pflege u. Fachdisziplinen, Technikzentrale

Leistung Bauleistungen
Untersuchungsleuchten

VE: 03-02-1

Bieterfragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	14.03.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, die Leuchten, welche ich Ihnen gerne anbieten möchte haben keine Linsen, sondern Reflektoren verbaut. Dies bietet einige Vorteile. Ist dies ein Ausschlusskriterium? Bei Fragen erreichen Sie mich unter 0173 857 8545	Ein Angebot mit in den Leuchten verbauten Reflektoren stellt kein Ausschlusskriterium dar.
F14	26.03.2024	Würde eine feste Farbtemperatur von 4500 Kelvin zum Ausschluss führen?	Eine feste Farbtemperatur von 4500 Kelvin führt nicht zum Ausschluss.
F15	25.03.2024	Pos. 1.1.60 Beleuchtungsstärke in 1,0 m Abstand mind. 50.000 lx Lichtfelddurchmesser min.>150 mm variable Farbtemperaturen 3.800 / 4.300 / 4.800 K Farbwiedergabe Ra> 95 Frage: Kann auch ein Modell mit fixer Farbtemperatur 4.500 K (Neutralweiß) und einstellbarer Leuchtfeldgröße 13-18 cm angeboten werden?	Es kann auch ein Modell mit fixer Farbtemperatur 4.500 K (Neutralweiß) und einstellbarer Leuchtfeldgröße 13-18 cm angeboten werden.
F16	25.03.2024	Pos. 1.2.20 und 1.3.20 Beleuchtungsstärke in 1,0 m Abstand mind. 100.000 lx Lichtfelddurchmesser min. >200 mm variable Farbtemperaturen 3.800 / 4.300 / 4.800 K Frage: Kann auch ein Modell mit fixer Farbtemperatur 4.500 K (neutralweiß) und einstellbarer Leuchtfeldgröße 16-24 cm angeboten werden?	Es kann auch ein Modell mit fixer Farbtemperatur 4.500 K (neutralweiß) und einstellbarer Leuchtfeldgröße 16-24 cm angeboten werden.
F17	25.03.2024	Bedienung am Leuchtenkörper und mit Handgriff zur Verstellung, sterilisierbar, dimmbar, Handgriff für sterile Einmalüberzüge einschl. Erstausrüstung mit mind. 100 Stück Überzügen Frage: Wie ist der Begriff "dimmbar" in der Beschreibung zu verstehen? Soll die Dimmung über den Handgriff, also steril, möglich sein? Falls ja: Kann auch ein Modell angeboten werden, das sich nur über die Bedienung am Leuchtenkörper dimmen lässt?"	Das Dimmen soll über den Handgriff möglich sein. Das Dimmen über eine Bedienung am Leuchtkörper ist nicht zulässig.

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F18	04.04.2024	zu den technischen Anforderungen in LV-Positionen 1.1.60 / 1.2.20 / 1.3.20 haben wir folgende Rückfragen an Sie: 1) Gefordert werden variable Farbtemperaturen 3.800K / 4300K / 4.800 K. Frage: können auch Leuchten mit fixer Farbtemperatur von 4.500 K (neutralweiß) angeboten werden?	
F19	04.04.2024	2) Die Beschreibung „Bedienung am Leuchtenkörper und mit Handgriff zur Verstellung, sterilisierbar, dimmbar, ...“ ist uns nicht ganz klar. Frage 1: soll das Dimmen der Leuchte auch über den sterilisierbaren Handgriff möglich sein? Falls ja - Frage 2: können auch Leuchtenmodelle angeboten werden, die sich nur über das Bedienfeld am Leuchtenkörper dimmen lassen?	
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	