

Beantwortung von Bieterfragen

Ansprechpartner:

Maik Scheunig

Dezernat Technik und Gebäudemanagement

Tel. 03583/612-4538, E-Mail maik.scheunig@hszg.de

Nr.	Frage	Antwort
1. Nachlieferung – 10.02.2025		
1	Können innerhalb eines Loses mehrere Artikel ausgelassen werden? Oder muss pro Los komplett angeboten werden?	In einem Los müssen alle Artikel angeboten werden. Einzelne Artikel dürfen nicht ausgelassen werden.
2	Gehen wir recht in der Annahme, dass für keinen Artikel eine Lieferung frei Verwendungsstelle, Auspacken, Inbetriebnahme, Schulung/Einweisung und/oder Müllentsorgung benötigt wird?	Wie im LV angegeben, ist für alle Artikel eine Lieferung an unser Zentrallager ausreichend.
2. Nachlieferung – 20.02.2025		
3	Zu Los 1, Pos. 35: Ist zwingend eine Heizplatte mit einer Temperatur bis 425 °C und 400 W Leistung zu liefern oder können wir Ihnen eine Alternative mit einer Temperatur bis 310 °C und 600 W Leistung anbieten?	Eine Heizleistung bis 310 °C mit einer abweichenden Leistungsangabe ist zulässig.
4	Zu Los 1, Pos. 32: Soll in dieser Position ausschließlich das Kälte-Umwälzthermostat CORIO CP-200F ohne Zubehör angeboten werden?	Entsprechend dem Hinweis im LV sind auch gleichwertige Geräte zulässig. Die Gleichwertigkeit zum Leitfabrikat müssen Sie aber bitte nachweisen. Weiteres Zubehör, welches nicht zum Standard-Lieferumfang des Herstellers gehört, wird vorerst nicht benötigt.
5	Zu Los 3, Pos. 25: Bitte erläutern Sie uns den angefragten Artikel Zitronensäure, Lebensmittelqualität, CAS-Nr. 5949-1 genauer bzw. mit einer Artikelnummer. Beim vorgegebenen Lieferanten Carl Roth ist eine Zitronensäure in Lebensmittelqualität nicht zu finden.	Bitte orientieren Sie sich an dem Produkt Nr. 1002223 des Fachhändlers Doktor-Klaus. Die Firma Carl Roth wurde an dieser Stelle nicht als Lieferant angegeben.