

Bieterfragen zur Ausschreibung 023-2025L

Stand 25.06.2025

1. Bieterfrage:

Im Zuge der Anlage 5 / Pkt. 7 - Prozentsatz für die Anzahlung gegen eine unbefristete Bankbürgschaft, bitten wir die Bürgschaft spätestens 3 Wochen nach Lieferung "frei Verwendungsstelle" zurückzusenden. Ist das möglich?

Antwort zu Frage 1:

Entgegen den Angaben im Leistungsverzeichnis und den AVB (2019) der TU BAF kann für diese Ausschreibung die folgende Zahlungsbedingung vereinbart werden.

- 1) Summe x für eine Anzahlung gegen eine unbefristete Bürgschaft
- 2) Summe x nach Lieferung der Anlage und Abschluss Übereignungsvertrag (damit TU BAF Eigentum an der Anlage erhält), Rückgabe der Bürgschaft spätestens 3 Wochen nach Übereignung
- 3) Summe mind. 20% nach Endabnahme

2. Bieterfrage:

In der Ausschreibung ist in der Anlage 5 / Anforderungen, der Umgang mit CFK-Stäuben aufgeführt. Diesbezüglich ist ein klimatisierter Schaltschrank mit FU erforderlich. Sofern Sie bauseits einen klimatisierten und staubfreien Raum sicherstellen können, könnte ein luftgekühlter Schaltschrank mit FU berücksichtigt werden, welcher sich kostengünstiger auswirkt. Wir bitten um technische Prüfung.

Antwort zu Frage 2:

Es steht leider kein klimatisierter, staubfreier Raum zur Verfügung, so dass entsprechend ein klimatisierter Schaltschrank benötigt wird.

3. Bieterfrage:

Ist statt dem Abschluss eines Übereignungsvertrages auch eine unbefristete Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 80% des Auftragswertes nach Lieferung als Sicherheit für die zweite Zahlung möglich? Die Anzahlungsbürgschaft sollte im Tausch zurückgegeben werden.

Antwort zu Frage 3:

Ja, eine Vertragserfüllungsbürgschaft statt eines Übereignungsvertrages nach Lieferung ist auch möglich