Anlage Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung Pflegebetten “Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden”

Ausgangssituation & Zielsetzung

Die Cultus gGmbH beabsichtigt im Rahmen einer Ersatzinvestition 38 Pflegebetten inklusive Zubehör in verschiedenen Pflegeeinrichtungen am Standort DD auszutauschen.

Die Entscheidung der Cultus gGmbH, den Bettentyp Elvido-Vervo oder baugleich einzusetzen, basiert auf den Einsatz modular aufgebauter Technik, die es dem Pflegepersonal ermöglicht, werkzeuglos und ohne den Einsatz von Technikern im laufenden Pflegebetrieb zusätzliche Funktionalitäten an den Betten anzubringen und zu nutzen.

Ziel ist es, die Betten im laufenden Betrieb schnell und unkompliziert den Erfordernissen der Bewohner (z.B. Beibehaltung der Mobilität, Sicherheitsgefühl) und den Erfordernissen der Pflege (z.B. ausreichender Schutz) anzupassen. Das Bett soll für den Einsatz mit geteilten Seitengittern vorkonfiguriert sein.

Produktanforderungen:

- Elektromotorische, tiefenverstellbare Pflegebetten, halbseitig mit geteilten kombinierten Seitenlehnen und optional mit integrierter Bettverlängerung
- 24 Monate Gewährleistung

Mindestanforderungen

Fahrgestell:

- Untergestell als stabile, reinigungsfreundliche und korrosionsfreie Stahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche, chemikalienbeständig für Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach RKI und von handelsüblichen Patientenliftern mühelos unterfahrbar.
- Doppelaufrollen Durchmesser mind. 50 mm mit breiter Auflagefläche, Rollen mechanisch und völlig unabhängig von den Liegeflächenpositionen freischaltbar über an den Säulen angebrachte Tritthebel, (2 x 2 - Rollen- mit Zentralfeststellung)
- Liegefläche: 4-geteilt nach optimalen anthropometrischen Maßen in Kopf-, Sitz-, Oberschenkel- und Unterschenkelteil mit 90 x 200 cm Polstermaß.

elektromotorische Verstellungen:

- Höhenverstellung der Liegefläche mind. 27 – 70 cm, mit automatischem Höhenabgleich zur Beibehaltung einer waagerechten Liegefläche, mit Zwischenstopp bei Abwärtsfahrt (3-Stopp-Strategie), Rückenlehne mit Längenausgleich nach DBFK bis mind. 70 ° anstellbar, Oberschenkelteilverstellung bis mind. 40 °, Liegefläche bis ca. 15 ° in Fußtieflage schwenkbar. Das Unterschenkelteil sollte durch eine feinstufige Rastung manuell zur gestreckten Beinhochlage von max. 10 ° eingestellt werden können.
- Handschalter mit zusätzlicher Autokonturfunktion für gleichzeitiges Anstellen von Rückenlehne und Oberschenkelteil und mit selektiver Sperrmöglichkeit aller elektromotorischen Funktionen.
 - Kopfseitig 2 Hülsen zur Aufnahme von Aufrichtvorrichtungen, Infusionsständern oder Leseleuchten. Bei Bedarf sollten sich Wandabweisrollen an den 4 Ecken des Bettes anbringen lassen können.
 - Fußseitig optional mit integriertem Verlängerungsteil, und somit bei Bedarf ausziehbar bis zu 20 cm (mit Hinweis zur Verwendung der Seitensicherungsstreben und Seitenblenden und ob diese evtl. getauscht oder zusätzlich erworben werden müssen).

Sicherheitstechnische Ausstattung:

- Sichere Arbeitslast mind. 225 KG, Elektrotechnische Ausstattung der Motoren und Steuerung IP 66,
- Netzkabel als Wendelkabel in EPR-Qualität.
- Erfüllt alle gültigen Sicherheitsstandards und Normen für Pflegebetten und ist CE gekennzeichnet gemäß der Richtlinie 93/43/EWG bzw. der neuen Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745.
- Ausstattung des Bettes mit 24-Volt-Antriebssystem mit ausgelagertem Trafo und dadurch Verlängerung der Intervalle für die Ableitstrommessung auf 10 Jahre
- Der Trafo ist mit einem Netzstecker versehen und kann direkt in eine Steckdose am Bett eingesteckt werden.
- Verbindungsleitung zum Bett 24-Volt über Kupplung mit Biege- und Knickschutz und von Hand ohne Werkzeug schnell entnehmbar.

Rollenzentralfeststellung

- Komfortable Rollenzentralfeststellung mit der das Pflegebett mit einem Bremstritthebel zentral gebremst werden kann.
- Der Bremstritthebel ist an der Bettfußseite beidseitig angeordnet und über ein mechanisches Bremsverbindungsgestänge sollen alle 4 Rollen bei Betätigung gleichzeitig gebremst bzw. beim Betätigen in die entgegengesetzte Richtung wieder freigeschaltet werden können.

Optionen/ Zubehör:

- geteilte Seitensicherungen
- Möglichkeit einer integrierten, werkzeuglosen Verlängerung des Holzumbaus
- Aufrichtevorrichtung
Rundstahlrohr, rechts und links innen am Kopfteil der Pflegebetten in angeschweißte Hülsen einsteckbar und bis zur Mitte des Bettes schwenkbar (einschl. Kunststoffgurt und Haltegriff).
- Bettentransporter - einstellbar
geeignet zum Transport und zur Lagerung von Pflegebetten mit einem festen Holzumbau. Das Bett wird hierzu um 90° auf die Seite geschwenkt, ebenso kann der Bettentransporter auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten genutzt werden.
- Seitensicherungsschutzpolster
Schnell entnehmbare Seitensicherungsschutzpolster, einfach aufsteckbar auf die kombinierte geteilte Seitensicherung oder bei durchgehenden Seitensicherungsholmen mit zwei Polstern als Gesamtschutz.

Angebote, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden nicht gewertet und vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Konkretisierter Anforderungsbedarf und Anlieferungsstellen der Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden zum Erstellen der **Anlage 633 „Angebotsschreiben“** wie folgt:

Lieferanschrift	Ausstattung
An der Maille-Bahn, Maille-Bahn 2, 01326 Dresden	7 Stück Elvido-Vervo mit beidseitig geteilten Seitengittern im Farbton R42009 Kirsche 7 Stück Nachttisch Aparto Ausführung B2 im Farbton R42009 Kirsche
Wohnpark Elsa Fenske, Freiburger Str. 18, 01067 Dresden	25 Stück Elvido-Vervo mit beidseitig geteilten Seitengittern im Farbton Buche natur 28 Stück Nachttisch Estrado im Farbton Buche R24010
Löbtau Haus M, Löbtauer Str. 31, 01159 Dresden	6 Stück Elvido-Vervo mit beidseitig geteilten Seitengittern im Farbton Buche natur mit integrierter Bettverlängerung 6 Stück Nachttisch Estrado im Farbton Buche R24010

Abweichende Angebotsbedingungen oder die Beifügung bzw. der Verweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters in den Angebotsunterlagen führen zwingend zum Ausschluss des Angebotes.

Die Einhaltung der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/43/EWG bzw. der neuen Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 ist nachzuweisen. Bitte entsprechende Nachweise dem Angebot beilegen.