

Vergabestelle

Bieterinformationen (Bieterfragen und Antworten)

Vergabeverfahren: SKG-MT001/2025

Bieterfrage/n vom: 03 vom 29.04.2025 12:57 Uhr

Frage:

Betreff: Bieterfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir eine erneute Bieterfrage:

Im Leistungsverzeichnis beschreiben Sie ab Punkt 19. "Option: Transportbeatmungsgerät" ein Transportbeatmungsgerät, welches eine außerklinische Zulassung für den Rettungswagen sowie Hubschrauber haben soll (Punkt 19.5) und gleichzeitig eine Zulassung für einen MR-Untersuchungsraum hat (Punkt 19.6). Nach unserem Kenntnisstand ist diese Kombination nicht auf dem Markt verfügbar bzw. technisch auch so nicht möglich. Wir bitten um Klarstellung für diese Position.

Wir bedanken uns vorab für die Beantwortung der Bieterfrage.

Mit freundlichen Grüßen

Antwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,

sollte das angebotene Transportbeatmungsgerät nicht beide gewünschten Zulassungen - LV Punkt 19.5. und 19.6 – haben, bitten wir um Angebot eines Transportbeatmungsgerätes mit der Zulassung für den MR-Untersuchungsraum (LV Punkte 19.6).

Hinweis: Die Positionen, die im LV als Option bezeichnet werden, sind nicht im Endgerätepreis mit zu berücksichtigen. In Abhängigkeit vom Ausschreibungsergebnis (Budgeteinhaltung) werden die Optionalen Positionen ausgewählt und mit Auftragsvergabe aktiviert.

Mit freundlichen Grüßen