

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

MR-Geeignete Deckenhalterung für das Aufhängen von MR-geeigneten Monitoren

Für die Installation einer Interventionssuite im Kontext minimal-invasiver Eingriffe unter MR-Bildgebung soll eine Deckenhalterung für medizintechnisches Equipment beschafft werden.

Diese Deckenhalterung wird in einem Magnetresonanz-Tomographie-Raum installiert. Die Feldstärke vom MRT beträgt 0,55 Tesla. Die Deckenhalterung muss daher für die Arbeitsweise in solch einer Umgebung die notwendige MR-Kompatibilitäts-Anforderungen erfüllen.

Die Deckenhalterung soll mindestens einen MR-geeigneten Monitor der Größe 40" halten können (wie z. Bsp. das InRoomViewing Device der Firma NNL, oder ähnliche).

Es ist notwendig, dass die Deckenhalterung vom Anbieter im MR-Raum installiert wird.

Bei Lieferleistungen, einschl. Lieferung:

nein

ja, frei Verwendungsstelle

----- ENDE DES DOKUMENTS -----