

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bezeichnung der Lieferung/Leistung, hier angeben

Dynamisches Wärmestrom-Differenz-Kalorimeter (Kleingeräteliste 2025)

Mindestanforderungen/Bezeichnung hier angeben, Zeichenbegrenzung - ggf. Anlage beifügen

- Messprinzip der dynamischen wärmestrom-Differenz-Kalorimetrie
- Temperaturbereich -40 bis +600°C
- Für das Erreichen von -40°C soll mit einem Kompressor-Külsystem gearbeitet werden (d.h. in diesem Temperaturbereich KEIN Flüssigstickstoff zur Kühlung erforderlich)
- Heizraten zw. 0.001 und 100 K/min
- DSC-Messzelle gasdicht; Anschlüsse für zwei verschiedene Messgase; Gasregelblock inkludiert
- Auswerte-Software für Bestimmung der Wärmekapazität
- Standard-Kalibrierset (inkl. Enthalpie, Wärmekapazität)
- Aufstellung und Inbetriebnahme des Gerätes
- einschließlich Lieferung

Bei Lieferleistungen, einschl. Lieferung:

☒ nein

☐ ja,

----- ENDE DES DOKUMENTS -----