



Der Kanzler

Abteilung 4
Bau, Liegenschaften und
Gebäudemanagement

Referat 4.3 - Bauangelegenheiten

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06099 Halle (Saale)

An alle Teilnehmer im Vergabeverfahren
Vergabe-Nr. Z04030-25-05-21

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
Abt. 4, Ref. 4.3, so

Datum
Halle, 10.06.2025

Bieterinformation Nr. 01
hier: Rückfragen eines Bieters zur Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Rückfrage eines Bieters zur Ausschreibung erhalten Sie folgende Informationen.

Zu Los 1 – Laborgeräte

Zu Pos. 1.5: Magnetheizrührer mit Pt 1000

1.Frage

Ist ein Pt100 Sensor zulässig, wenn die weiteren Parameter wie Regelgenauigkeit der Heizplatte, Regelgenauigkeit mit Sensor im Medium eingehalten werden?

Antwort zu 1.:

Ja.

Zu Pos. 1.6: Laborzentrifuge

2. + 3.Frage

Ist eine minimale geringere g-Zahl, ca. 3,5% bei gleicher U/Min zulässig?

Ist eine minimal geringere Kapazität von 34 pro Einsatz bei den Einsätzen für Mikroliterzentrifugegefäße zulässig?

Antwort zu 2.+3.:

Ja.

Zu Pos. 1.9: Laborzentrifuge

4. Frage

Ist eine gekühlte und temperierbare Zentrifuge ohne aktive Heizfunktion zulässig?

Antwort zu 4.:

Nein.

Postanschrift
06099 Halle (Saale)
Hausanschrift:
Kurt-Mothes-Straße 1
06120 Halle (Saale)

Tel (0345) 55-2 14 78
Fax (0345) 55-2 71 00

email: monique.sommer@verwaltung.
uni-halle.de
Internet:
www.verwaltung.uni-halle.de

Bankverbindung:
IBAN: DE05 8100 0000 0080 0015 24
BIC: MARKDEF1810

Zu Los 2 – Brutschrank5. Frage

Wäre ein abweichendes Innenvolumen von 53 Liter akzeptabel?

Antwort zu 5.:

Ja, das Innenvolumen darf nur nicht kleiner als 32 L sein.

6. Frage

Wäre eine Temperaturbereich von +4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C ebenfalls akzeptabel?

Antwort zu 6.:

Nein.

7. Frage

Käme ein Brutschrank ohne Hepafilter und ohne Innenluft-Umwälzung durch Peltier-Umluftventilator auch in Frage?

Antwort zu 7.:

Nein.

Zu Los 7 – Kühlbare Tischzentrifuge8. Frage

Spezifiziert ist eine Zentrifuge mit Höhe x Breite x Tiefe [mm]: ca. 490 x 500 x 650

Nach unseren Markterkundungen ist uns kein Hersteller bekannt, der diese Maße, in Kombination mit den weiteren spezifizierten Parametern, erfüllt. Ist eine Zentrifuge zulässig mit den Maßen HxBxT: 361 x 746 x 690 mm?

Antwort zu 8.:

Ja.

9. Frage

Spezifiziert ist eine Zentrifuge mit 6x250ml Festwinkelrotor oder alternativ mit 4x750ml Ausschwingrotor. Bedeutet dies, es kann wahlweise eine Zentrifuge mit 6x250ml Festwinkelrotor oder eine Zentrifuge mit 4x750ml Ausschwingrotor, bei Erfüllung der weiteren Parameter, angeboten werden? Oder muss die Zentrifuge auf jeden Fall für einen Festwinkelrotor von 6x250ml geeignet sein und dieser mit angeboten werden?

Antwort zu 9.:

Ja, die Zentrifuge muss die Möglichkeit für beide Rotoren besitzen. Einer dieser beiden Einsätze muss mindestens im Angebot enthalten sein.

10. Frage

Welche Gefäßeinsätze (Adapter) sollen für unterschiedliche Zentrifugen-Gefäße mit in das Angebot aufgenommen werden?

Antwort zu 10.:

Die Gefäßeinsätze müssen für das Zentrifugieren von 6 x 250 mL bzw. 4 x 750 mL geeignet sein.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Monique Sommer
(SG 4.3.2. – Ausstattungsmanagement)