



Der Kanzler

Abteilung 4
Bau, Liegenschaften und
Gebäudemanagement

Referat 4.3 - Bauangelegenheiten

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06099 Halle (Saale)

An alle Teilnehmer im Vergabeverfahren
Vergabe-Nr. Z04030-25-05-21

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
Abt. 4, Ref. 4.3, so

Datum
Halle, 18.06.2025

Bieterinformation Nr. 02
hier: Rückfragen eines Bieters zur Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Rückfrage eines Bieters zur Ausschreibung erhalten Sie folgende Informationen.

Zu Pos. 1.4: Trockenschrank

Frage 1

Ist ein Trockenschrank der einen Regelbereich von +10°C über Raumtemperatur aufweist zugelassen oder wird ein Trockenschrank gewünscht der ca. 20°C erreichen kann, somit mit Kühlfunktion ausgestattet sein müsste? Bzw. wäre ein Temperaturbereich von +10°C über Raumtemperatur bis 300°C ebenfalls akzeptabel? Käme auch ein mechanischer Türverschluss (Verriegelung) in Frage? Wäre ein Timer mit max. 9 Tage 23 Stunden 59 Minuten (max. Programmlaufzeit) ausreichend?

Antwort zu 1:

Es wären alle Vorschläge akzeptabel (also RT bis 300°C, mechanischer Türverschluss und Timer mit max 9d 23h 59min).

Allgemein

Frage 2

Verstehen wir Ihre Anforderungen in den Vergabeunterlagen richtig, dass ein in unserem Auftrag anlieferndes Drittunternehmen (DHL, UPS, Spedition, etc.) nicht als Nachunternehmer angesehen wird?

Antwort zu 2:

Ja.

Postanschrift
06099 Halle (Saale)
Hausanschrift:
Kurt-Mothes-Straße 1
06120 Halle (Saale)

Tel (0345) 55-2 14 78
Fax (0345) 55-2 71 00

email: monique.sommer@verwaltung.
uni-halle.de
Internet:
www.verwaltung.uni-halle.de

Bankverbindung:
IBAN: DE05 8100 0000 0080 0015 24
BIC: MARKDEF1810

Zu Los 1: LaborgeräteFrage 3

Können Sie bitte prüfen, ob für Los 1 eine Lieferung frei Haus ausreichend ist? (Mit Ausnahme der Kühl-Gefrierkombination LV Pos. 1.8).

Antwort zu 3:

Die Lieferung muss frei Verwendungsstelle erfolgen, wie in den Vergabeunterlagen angeführt.

AllgemeinFrage 4

Verstehen wir es richtig, dass eine Inbetriebnahme/Installation nur dann erforderlich ist, wenn es im LV aufgeführt wird? Also bei den Pos. 1.5, 2.1, 3.1, 4.1, 7.1?

Antwort zu 4:

Ja.

Zu Pos. 1.5: MagnetheizrührerFrage 5

Können Sie bitte prüfen, ob die Anforderungen Installation, Inbetriebnahme und Einweisung bei dem Magnetheizrührer (LV Pos 1.5) entfernt werden können? Dies sollte für diese Geräte unüblich und nicht kosteneffizient sein.

Antwort zu 5:

Die Installation, Inbetriebnahme und Einweisung ist lediglich an einem Gerät erforderlich.

Zu Los 6: WasserdampfdestillationFrage 6

Ist für Los 6 ebenso eine Lieferung frei Haus ausreichend?

Antwort zu 6:

Die Lieferung muss frei Verwendungsstelle erfolgen, wie in den Vergabeunterlagen angeführt.

AllgemeinFrage 7

Wir bitten um eine Fristverlängerung aufgrund des Umfangs der Ausschreibung und den bevorstehenden Feiertag.

Antwort zu 7:

Eine Fristverlängerung ist leider nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Monique Sommer
(SG 4.3.2. – Ausstattungsmanagement)